

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE

Wymagania:

1. Narzędzie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 (zarejestrowane jako wyrób medyczny)
 2. Przyjmuje się tolerancję dla długości narzędzi na poziomie +/- 10 %.
 3. Nie dopuszcza się żadnej tolerancji w zakresie szerokości i średnic narzędzi oraz nazw typów narzędzi.
 4. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe wszystkich oferowanych narzędzi wraz z opcjami dodatkowymi. Należy opisać, której pozycji dotyczy. Dodatkowo należy złożyć oryginalny katalog producenta w formie papierowej z którego pochodzą załączone do oferty karty katalogowe.
 5. Upoważnienie do dystrybucji i serwisu na terenie Polski, potwierdzenie przez producenta posiadania własnej kuźni narzędziowej umożliwiającej wykonywanie na profesjonalnym poziomie usług napraw i kompleksowej regeneracji narzędzi chirurgicznych
 6. Wszystkie narzędzia łączone za pomocą śrub a nie nitów, matowane fabrycznie przez producenta.
 7. Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi - certyfikat stworzony wg normy DIN EN 10088 - 1 , potwierdzający skład stopu użytego do produkcji
 8. Wykonawca zapewnia serwis i regenerację narzędzi co najmniej w następującym standardzie: odnowienie (przeszlifowanie) całej powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwotnym i przywrócenie pełnej funkcjonalności, ostrzenie, rozłożenie wszystkich narzędzi posiadających części składowe narzędzi lub elementy ruchome, ponowne ich złożenie i kalibracja narzędzi, cały proces zakończony nałożeniem powłoki antykorozyjnej w specjalnej komorze pasywacyjnej. Narzędzia po regeneracji znakowane ponownie
- Wszystkie normy, karty katalogowe i inne wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie w/w wymogów złożone w formie oryginalnego certyfikatu, katalogu producenta, pod rygorem odrzucenia oferty.
9. Sterylizacja parowa wg instrukcji obsługi
 10. Znakowanie laserowe na każdym narzędziu: numer katalogowy, numer serii (lot), logo producenta, znak CE, możliwość znakowania wg wskazań Zamawiającego.

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

OFERTĘ SKŁADA:

Nazwa Wykonawcy	
<u>wpisany do:</u>	<ul style="list-style-type: none">• <u>Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy</u> pod nr KRS• <u>lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej</u>
NIP	
REGON	
Adres:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	
Osoba do kontaktów: e-mail, telefon	
To małe/średnie przedsiębiorstwo	TAK/NIE* (odpowiednie skreślić)

II. OFERTA WYKONAWCY

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (dalej: ZO) oraz postanowieniami projektu umowy wykonanie przedmiotu zamówienia za łącną kwotę:

Wartość netto PLN:

Wartość brutto PLN:

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

III. Oświadczenia

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze ZO i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w ZO.
2. Oferujemy termin płatności dni od daty otrzymania faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem - po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsca wykonywania dostawy:
CENTRUM ONKOLOGII–INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,
ul. W.K. Roentgena 5 , 02-781 Warszawa.
5. Termin gwarancji m-cy * (co najmniej 24 miesiące) po dokonany odbiorze.
6. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert.
7. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom (jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom):
 - 1)
 - 2)
8. Informacje zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy skreślić).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

10. Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

■
/imię, nazwisko, pełniona funkcja/

11. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1/.....

2/.....

../

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczętka wraz z podpis

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

L.p.	Asortyment	Jednostka miary (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT stawka	Wartość brutto	Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=6+7	9
1.	<u>AutoClip® Kit - Applier/Remover/100 Clips</u> (zestaw do zakładania szwów mechanicznych i urządzenie do zdejmowania szwów, 100 szwów mechanicznych 9mm)		3					
2.	<u>AutoClip® Clips</u> (zestaw szwów mechanicznych 9mm)		3					
3.	<u>Cover Glass Forceps - Smooth/Straight/10.5cm</u> (pęseta do szkiełek nakrywkowych)		3					

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

4.	<u>Dumont #55 Forceps - Biology</u> <u>Tips/Straight/Inox/11cm</u> (pęseta Dumont prosta, końcówki biologiczne-bardzo cienkie)		3					
5.	<u>Dumont #7 Fine Forceps - Biology</u> <u>Tips/Curved/Inox/11.5cm</u> (cienka pęseta Dumont zakrzywiona, końcówki biologiczne – bardzo cienkie)		3					
6.	<u>Extra Fine Graefe Forceps - 1x2 Teeth/Straight/10cm</u> (bardzo cienka pęseta typu Graefe 1x2 zęby, prosta)		6					

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

7	<u>Extra Fine Graefe Forceps - 1x2 Teeth/Curved/10cm</u> (bardzo cienka peseta typu Graefe 1x2 zęby, zakrzywiona)		6					
8.	<u>Fine Scissors - Straight/Sharp-Sharp/9cm</u> (cienkie nożyczki, proste, ostro-ostre)		6					
9.	<u>Micro-Mosquito Hemostat - Serrated/Straight/12cm</u> (kleszczyki hemostatyczne micro-mosquito, serrated, proste)		6					
10.	<u>Moria MC32B Iris Forceps - Smooth/Straight/10cm</u> (peseta Moria Iris, gładka, prosta)		6					
11.	<u>Moria MC31B Iris Forceps - Smooth/Curved/10cm</u> (peseta Moria Iris, gładka, zakrzywiona)		6					

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

12.	<u>Magnetic Fixator Retraction System - Blunt Retractors/2.5mm Wide</u> (fiksator magnetyczny, tępо zakończone retractorы, szerokość 2,5 mm)		6					
13.	<u>Schwartz Micro Serrefine - Light Bend/26mm</u> (nazwa własna)		6					
14.	<u>Extra Fine Graefe Forceps - Serrated/Curved/10cm</u> (bardzo cienka pęseta typu Graef, serrated, zakrzywiona)		6					
15.	<u>Graefe Forceps - Serrated/Curved/10cm</u> (pęseta typu Graef, serrated, zakrzywiona)		6					
16.	<u>Dumont #5/45 Forceps - Standard Tips/Angled 45°/Dumoxel/11cm</u> (pęseta Dumont, zagięta 45°, końcówki standardowe)		3					

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

17.	<u>S&T Vessel Cannulation Forceps - 0.5-1mm OD/11cm</u> (pęseta do kaniulacji)		3					
18.	<u>Vannas Spring Scissors - Straight/Sharp/8cm/3mm Cutting Edge</u> (nożyczki spring, proste, ostre końce, tnący brzeg)		3					
19.	<u>Ring Forceps - with Screw/Smooth/Straight/9cm</u> (gładka pęseta pierścieniowa, prosta)		3					
20.	<u>Olsen-Hegar Needle Holder with Suture Cutter - Straight/Serrated/12cm/with Lock</u> (igłotrzymacz Olsen-Hegar z częścią tnącą nić, serrated z blokowaniem)		3					

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

21.	Instrument Tip Protectors - 2 x 19.1mm (ochraniacze na końcówki narzędzi)		1					
22.	Instrument Tip Protectors - 2.8 x 19.1mm (ochraniacze na końcówki narzędzi)		1					
23.	Magnetic Fixator Retraction System - Elastomer (elastomer do magnetycznego systemu retrakcyjnego)		3					
24.	Double Tip Instrument Protectors - 12.7 x 20mm (ochraniacz na końcówki narzędzi podwójny)		3					
25.	Castroviejo Micro Needle Holder - Straight/Smooth/9cm/with Lock (mikro igłotrzymacz Castroviejo, prosty, gładki, z blokowaniem)		3					

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na *dostawę sprzętu chirurgicznego lekarsko-weterynaryjnego do przeprowadzania zabiegów na zwierzętach laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie*

Dnia

pieczęć i podpis wykonawcy)